

INSTRUKTAŻ FUNKCJONOWANIA DRENAŻU SSĄCEGO

1. Utrzymuj dren i butelkę w czystości.
2. Staraj się nie uszkodzić butelki.
3. Możesz brać krótki prysznic.
4. Kontroluj butelkę pod kątem jej drożności, szczelności.
5. Unikaj zagięcia drenu.
6. Butelka powinna znajdować się zawsze poniżej miejsca operowanego.
7. Kontroluj butelkę pod kątem utrzymania odpowiedniego podciśnienia.

O prawidłowym funkcjonowaniu systemu ssącego świadczy harmonijkowy wskaźnik na butelce



Harmonijkowy wskaźnik informuje
o braku podciśnienia w butelce.
(harmonijka rozciągnięta)

Harmonijkowy wskaźnik informuje
o obecności podciśnienia w butelce.
(harmonijka zaciśnięta)

8. Jeżeli w butelce wskaźnik harmonijkowy wskaże brak próżni zgłoś się do lekarza.
9. Kontroluj ilość i kolor wydzieliny spływającej do butelki.
10. Jeżeli w butelce pojawi się treść krwista, mętna zgłoś się do lekarza.

- 11.** Jeżeli w miejscu założenia drenażu, lub w okolicy rany pooperacyjnej pojawi się zaczerwienienie, ból, obrzęk, większe ucieplenie skóry, wyciek zgłoś się do lekarza.
- 12.** Kontroluj, aby nie doszło do przesunięcia lub wyrwania założonego drenażu.
- 13.** Kontroluj, aby nie doszło do przesunięcia zacisku ślizgowego i zamknięcia spływu treści do butelki.
- 14.** Termin wizyty kontrolnej w poradni oraz skierowanie do poradni otrzymasz wraz z wypisem lekarskim.

TELEFONY KONTAKTOWE

Oddział Chirurgii Onkologicznej ze Specjalistycznymi Pododdziałami Leczenia Chorób Nowotworowych

Pododdział Chirurgii Piersi i Rekonstrukcji

Dyżurka lekarska - tel. 85 66 46 733

Dyżurka pielęgniarska - tel. 85 66 46 735

Sekretariat oddziału - tel. 85 67 84 179, poniedziałek-piątek 8.00-15.00