

WKŁUCIE OBWODOWE I INFUZOR DO PODAŻY CHEMIOTERAPII -WSKAZÓWKI DLA PACJENTA

Aby nie doszło do uszkodzenia, naruszenia wkłucia obwodowego-kaniuli znajdującej się w naczyniu żylnym należy:

- ograniczyć aktywność fizyczną kończyny z założonym wkłuciem,
- zachować ostrożność podczas wykonywania czynności codziennych, tj. ubieranie się, kąpiel,
- unikać obciążania ręki z wkłuciem np. ćwiczeniami, noszeniem ciężkich zakupów,
- zapobiegać zamoczeniu, zabrudzeniu opatrunku zabezpieczającego kaniulę
- nie rozwiązywać, odklejać opatrunku,
- nie szarpać, pociągać za dren łączący kaniulę z infuzorem
- na czas utrzymania kaniuli ograniczyć aktywność fizyczną.

Proszę zwracać uwagę czy nie występują:

- ból, pieczenie w okolicy wkłucia,
- przesunięcie kaniuli,
- zaczerwienienie, zasinienie, obrzęk skóry okolicy wkłucia,
- krwawienie, przesiąkanie płynu w miejscu założenia kaniuli lub na opatrunku.

W przypadku wystąpienia jednego z tych objawów prosimy o kontakt z lekarzem prowadzącym lub pielęgniarką BCO

Infuzor (pompka elastomerowa) - jednorazowy, przezroczysty pojemnik z twardego plastiku, z elastomerowym balonem w środku, do którego wpuszczony jest lek. Na zasadzie obkurczania się balonika infuzor dozuje w określonym czasie lek. Infuzory są jednodobowe, dwudobowe i pięciodobowe. Infuzor dobierany jest indywidualnie do potrzeb planowanego leczenia. Infuzor należy:

- nosić w specjalnym, termicznym pokrowcu na pasku, pokrowiec chroni przed dużymi różnicami temperatur, wydłużenie lub skrócenie czasu podawania leku nie jest wskazane (pacjent otrzymuje pokrowiec z rozpoczęciem leczenia)
- w bardzo chłodne dni nosić pod ubraniami

- chronić przed światłem słonecznym
- chronić przed działaniem niskich temperatur - opóźnienie przepływu leku
- wystrzegać się kontaktu ze źródłami ciepła (kaloryfer, termofor, poduszka elektryczna, grzałka) - przyspieszenie przepływu leku
- przed snem umieścić w bliskiej okolicy ciała, wielu pacjentów kładzie infuzor np. obok poduszki

W trakcie podaży:

- na czas podaży leku z infuzora unikać aktywności sportowej typu siłownia, basen itp.
- obserwować czy nie doszło do załamania drenu, co uniemożliwi swobodny przepływ leku
- niewielki ucisk na dren nie spowoduje przerwania infuzji
- można zaobserwować stopniowe obkurczanie się balonika z lekiem, przy infuzorach wielodniowych nie od razu jest ono widoczne

Kontakt z lekarzem, pielęgniarką BCO !!!

- wstrzymanie podaży, chociaż balon jest jeszcze wypełniony lekiem
- pęknięcie balonu
- przy efektach ubocznych takich jak np. gorączka, biegunka itp.
- przy zaczerwienieniu, obrzęku, bólu w miejscu założenia igły, odczuwanych po rozpoczęciu podaży leku
- przy wycieku leku widocznym w miejscu wkłucia pod plastrem
- gdy infuzja zakończyła się o wiele wcześniej niż było to zaplanowane
- gdy objętość leku w balonie wyraźnie nie zmniejszyła się, nawet po kilku godzinach (należy zwrócić uwagę na skalę wskazującą przebieg infuzji)
- gdyby doszło do nieprawdopodobnego przypadku, w którym lek wyciekałby z zestawu

Przed zaplanowaną wizytą lekarską zaleca się wykonanie toalety całego ciała w szczególności okolicy implantowanego portu.

Wkłucie obwodowe (kaniula) wraz z infuzorem nie powinny być usuwane w innych jednostkach.

Prosimy o zgłaszanie się do Białostockiego Centrum Onkologii

W razie wątpliwości mogą Państwo liczyć na fachową pomoc personelu

Pododdziału Chemioterapii Diennej

poniedziałek - piątek w godzinach 8.00-16.00 tel: 85 66 46 769

po godzinie 18.30, w dni wolne

Oddział Onkologii Klinicznej

IV piętro

dyżurka pielęgniarek - tel: 85 66 46 709

V piętro

dyżurka pielęgniarek - tel: 85 66 46 751